



Home

Sala/Modalidades

Editais e Processos

Editais Encerrados/Arquivados

Atas e Documentos

Recursos

Relatórios

Esclarecimentos

Impugnações

Apenados / Impedidos

Contratações - PNCP

Modelos de Documento

Dados de Mercado

CONSULTAR ESCLARECIMENTO

Solicitação respondida

Nome do Usuário

DIEGO DE JESUS DA SILVA

Participante

SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Solicitação

Solicitação criada às 08:53 em 19/03/2026, última edição às 17:29 em 19/03/2026

Prezados, Itens 65,66: Serão aceitos na apresentação frasco sistema fechado, ou a aceitação se restringe exclusivamente em Bolsas.

Nome do Usuário

Paulo Eduardo Martins

Participante

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Resposta

Resposta criada às 17:29 em 19/03/2026

Boa tarde! De posse do PEDIDO DE ESCLARECIMENTO apresentado pela requerente, procedeu-se à análise da questão arguida pela mesma, entendendo o Pregoeiro, a princípio, ser necessária a remessa dos autos ao setor requisitante, tendo em vista que o pedido se tratava de questões técnicas relacionadas ao objeto da licitação, que fogem à área de sua atuação, para que o setor se manifestasse, no sentido de esclarecer todas as questões abordadas pela requerente. Em resposta, foram esclarecidas as questões abordadas pela empresa REQUERENTE, na qual o setor requisitante ASSIM SE MANIFESTOU: "Bom dia a todos! No Hospital Municipal de Bebedouro Julia Pinto Caldeira, foi padronizado pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) o uso do sistema fechado em bolsa. At.te Mariele Martins Oliveira - Farmacêutica e Coordenadora do Hospital Municipal de Bebedouro". Em face da manifestação exposta, esperamos ter prestado, satisfatoriamente, os esclarecimentos solicitados. Para tanto, segue a devida manifestação à empresa requerente e às demais empresas que porventura tenham retirado o edital em referência comunicando o presente esclarecimento. Paulo Eduardo Martins - Pregoeiro Municipal

Documentos da Resposta

DOCUMENTOS

Soro_sistema_fechado.pdf

[VOLTAR](#)